

人工呼吸器定期点検委託  
に係る一般競争入札  
仕様書

荒尾市民病院

1 品名及び数量 人工呼吸器定期点検 1式 (9台)

2 規格 各種

3 実施期限 令和4年3月末日まで

4 構成 別紙参照

5 一般的条項

- 5.1 受注者は、機器の納入期限を順守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、担当者に速やかに連絡すること。
- 5.2 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- 5.3 受注者は機器の引き渡しの際、下記の書類を提出すること。
  - 5.3.1 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書（日本語であること）。
  - 5.3.2 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表。
- 5.4 新品・未開封の物品を納品すること。
- 5.5 担当者の指示に従い、納品・組立・据付・調整を行うこと。
- 5.6 機器の設置及び既存機器の引き取りを行うこと。

6 納品場所 荒尾市民病院（臨床工学科）

7 機器の性能、機能に関する要件 仕様書（別紙参照）

8 設置条件

- 8.1 機器設置に係る対応をはじめ、搬入・据付・配線など工事費・調整費の全ての費用は受注者が負担すること。
- 8.2 機器設置に係る対応をはじめ、搬入・据付・配線等については当院の職員と協議の上、その指示に従うこと。
- 8.3 工事は、納期、工事期間の日程を当院の職員と事前に打ち合わせし、その日程に従い完了すること。
- 8.4 受注者は納品前に現地下見を病院担当者立会のもと行い、問題が生じる可能性がある場合には、その旨を病院担当者に報告し、設備対応すること。
- 8.5 機器の現場内設置から使用開始までの養生管理、またはそれに伴う保険等は納入業者の負担で

行うこと。

- 8.6 搬入・据付時に建物および物品に損傷が起きた場合、受注者が責任を持って現状復帰すること。
- 8.7 試運転・調整・確認・機器清掃終了後に引き渡しされること。
- 8.8 機器設置においては日常業務に支障のないように行うこと。
- 8.9 搬入及び据付工事の実施日時は、原則として病院の勤務時間帯とすること。

## 9 故障時の対応

- 9.1 年間を通じて連絡ができる体制であること。
- 9.2 納入後の故障等に対しては、迅速な修復が可能な体制を有することとし、当該体制に関する資料を提出し、担当者的了承を受けること
- 9.3 早急に対応し、連絡点検・代替機器の確保ができること。
- 9.4 調達物品中、故障によって運営に支障をきたす物品については、修理の一次対応を3時間以内に開始すること

## 10 その他の要件

- 10.1 本仕様書に記載なき事項並びに不明な点は発注者と受注者とが協議して実施するものとする。