

**1. 業務内容** | ファインアシスト スタンダード<sup>®</sup>(フラット)

受注者は、次項に定める期間中、6. に定める契約機器につき、使用者の過失により次に記載のいずれかの対象事由が生じ、荒尾市民病院から要請があった場合、5. に定める曜日・時間帯においてオンサイト又は持ち帰り修理(修理に必要な部品交換を含む)を行う。なお、受注者は、持ち帰り修理時は代替機を提供し、また契約機器につき修理の前後に必要と判断した状態確認・説明・操作指導等を行う。

- [保証対象事由]  
 使用者の不注意に起因する不具合  
 (具体例)  
 先端部: 衝撃による破損(キャップひび割れ・ライトガイドレンズ破損・対物レンズ破損・ノズル破損)  
 先端部: レンズ面キズや欠けによる画像不良・洗浄不良によるノズル詰まり  
 湾曲部: 穴・破損・キズ等による気密不良、噛まれ・つぶれ  
 挿入軟性部: 変色(蛋白凝固)・キズ・座屈・噛まれ・つぶれ  
 挿入軟性部(鉗子チューブ): 鉗子等の挿入による破損(針穴・キズ)  
 ビデオコネクタ: ペン折れ、曲がり等の破損、腐食  
 操作部: 衝撃による破損(アングルノブシヤフトの変形・本体カバーのひび割れ)  
 LG軟性部: キズ・座屈・つぶれ  
 LGコネクタ部: 衝撃による破損(LGブローブ破損・LGコネクタケースひび割れ・LPAガラス破損)  
 LGコネクタ部: 通気アダプター取り付けのままによる浸水損傷  
 カメラ故障: 破損、変形により浸水し、カメラが故障している  
 スコープ全体: 洗浄不良による汚れの清掃または部品交換。

**2. 上記業務に必要な部品等の費用負担範囲**

- (1) 契約機器について、1. に定める保証対象事由が発生した場合、その故障部品及び修理費用は、全て受注者の負担とする。  
 (2) 別表-1に記載する消耗品については、全額荒尾市民病院の負担とする。

**3. 対象期間** 2022年4月1日 から 2023年3月31日 までの 12 ヶ月

本仕様書の対象期間は上記に定める通りとする。

**4. 適用除外**

- 点検整備、消耗品類(別表-1参照)の補充・交換及び次の各号のいずれかに該当する場合の修理等は本保証の対象外とし、これらにつき荒尾市民病院が使用者の要請を受けかつ修理可能と判断して修理等を行う場合は別途有償とする。  
 (1) 契約機器に添付されているメーカー保証書の提示がない場合。  
 (2) 契約機器に添付されているメーカー保証書に買い上げ日、購入元氏名、販売店印の記入がない場合。  
 (3) 火災・風水害・地震等の天変地異その他不可抗力による故障・損傷等。  
 (4) 富士フィルムメディカル株式会社が指定する者以外による改造・修理等を行ったことによる故障・損傷等。  
 (5) 契約機器以外の製品(電気メス、他の処置具等)による故障・損傷等。  
 (6) 想定外の長期間使用による故障・損傷等。  
 (7) 消耗品部品の消耗。  
 (8) 使用者の故意もしくは重過失または使用者以外の者の故意もしくは過失による故障・損傷等。

**5. 業務時間帯**

- (1) 受注者は、本契約業務を、原則として、日曜日・国民の祝日及び年末年始(12月29日～1月3日)を含む受注者所定の休日を除く月曜日～土曜日の8時00分～20時00分に行うものとする。  
 (2) 前項にかかわらず、オンサイト定期点検の実施については、原則として平日(月曜日～金曜日)の9時00分～17時40分に行うものとする。  
 (3) 前二項に定める時間帯外の業務履行に関しては、別途両社協議のうえこれを取り決めることとし、当該費用は別途有償とする。

**6. 対象契約機器と保守業務**

	装置区分	機器名	台	設置日	Serial No.	オンサイト定期点検	持ち帰り点検
1	上部消化管用 経鼻内視鏡	EG-L580NW7	1	2017/9/28	2G410G410	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月
2	上部消化管用 拡大内視鏡	EG-L600ZW7	1	2017/9/28	1G407G329	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月
3	上部消化管用 拡大内視鏡	EG-L600ZW7	1	2017/9/28	1G407G330	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月
4	上部消化管用 拡大内視鏡	EG-L600ZW7	1	2017/9/28	1G407G332	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月
5	下部消化管用 拡大内視鏡	EC-L600ZP7	1	2017/9/28	1C735G869	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月
6	下部消化管用 拡大内視鏡	EC-L600ZP7	1	2017/9/28	1C735G870	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月
7	下部消化管用 拡大内視鏡	EC-L600ZP7	1	2017/9/28	1C735G871	1 回/年 12 月 - 月	- 回/年 - 月

別表-1(消耗品リスト)

	名称
1	光源ランプ
2	吸引ボタン
3	送気送水ボタン
4	鉗子
5	鉗子栓
6	プリンタ消耗品
7	送水タンク
8	洗浄アダプター
9	洗浄ブラシ
10	気密テスター

	名称
11	観察補助フード
12	記録メディア(CFカード、DVD、CD等)
13	マウスピース
14	先端キャップ
15	保護キャップ
16	防水キャップ
17	モニタの経年による輝度劣化、焼きつき
18	
19	
20	