

仕様書（別紙）

調達物品及び構成詳細は下記のとおりとする。

- 1 解析機能付きセントラルモニタ 1 式
(内訳)
 - 【心臓リハビリテーション室】
 - 1.1 解析機能付きセントラルモニタ (DS-7780) 1 台
 - 1.2 テレメトリー式心電送信機 (LX-8100) 4 台
 - 【中央病棟 3 階】
 - 1.3 テレメトリー式心電送信機 (LX-8100) 3 個
 - 1.4 心電図用誘導リード送信機用 3 電極 (CMT-01CTH-0.8D) 3 本
 - 【北病棟 3 階】
 - 1.5 テレメトリー式心電送信機 (LX-8100) 7 個
 - 1.6 心電図用誘導リード送信機用 3 電極 (CMT-01CTH-0.8D) 7 本
 - 【中央病棟 4 階】
 - 1.7 解析機能付きセントラルモニタ (DS-8700) 1 台
 - 1.8 表示ユニット (LC-8024TC) 1 台
 - 1.9 本体ユニット (DSC-8730) 1 台
 - 1.10 テレメータ受信ユニット (WE-8000) 1 台
 - 1.11 レコーダユニット (HR-800) 1 台
 - 1.12 増床 RF モジュール (RFM-W1F) 8 台
 - 1.13 テレメトリー式心電送信機 (LX-8100) 9 個
 - 1.14 心電図用誘導リード送信機用 3 電極 (CMT-01CTH-0.8D) 9 本
 - 【HCU】
 - 1.15 重要パラメータ付き多項目モニタ (DS-8400) 4 台
 - 1.16 本体ユニット (DSC-8430) 4 台
 - 1.17 表示ユニット (LC-8016TC) 4 台
 - 1.18 重要パラメータ付き多項目モニタ (DS-8007N) 4 台
 - 1.19 リチウムイオンバッテリーパック (BT0-005) 4 個
 - 1.20 レコーダユニット (HR-800) 4 台
 - 1.21 CFAST カード (FCS-64G) 4 個
 - 1.22 ユニット接続ケーブル 1.5M (CJO-09SS1.5) 4 本
 - 1.23 ユニット接続ケーブル 0.3M (CJO-09SS0.3) 4 本
 - 1.24 モニター用トロリー下ユニット (OTO-13) 4 個
 - 1.25 8400 用トロリー上ユニット (OAO-8400) 4 個

1.26	心電中継コード CI0-	(CI0-05CTP-3NU)	4本
1.27	心電中継コード電気メス対策用	(CI0-08CTP-3EU)	4本
1.28	心電図用誘導リード	(CMC-700-3)	4本
1.29	センサ接続ケーブル	(DOC-10)	4本
1.30	部品-ネルコアセンサ	(DS100A)	4本
1.31	エアホース 3.5M	(OA-80APS3.5-S)	4本
1.32	モニタ用血圧カフ 成人用	(CUF-8504)	4個
1.33	2CH 血圧変換ケーブル 0.5M	(CJO-P01B-DJ0.5)	4本
1.34	血圧中継ケーブル	(CJO-P01B-SB3.6)	4本
1.35	直腸温センサ大	(401J)	4本
1.36	2CH 体温中継ケーブル 4.0M	(CJO-P01T-DA4.0)	4本
1.37	解析機能付きセントラルモニタ	(DC-8700)	1台
1.38	表示ユニット	(LC-8024TC)	1台
1.39	本体ユニット	(DSC-8730)	1台
1.40	レコーダユニット	(HR-800)	1台

2 メーカー情報 フクダ電子株式会社

以上