

仕様書（別紙）

保守対象・内容は下記のとおりとする。

1 保守対象機器

1.1	newNEXUS サーバー部.....	1 式
1.1.1	newNEXUS ミニ DB（タワー）	1 台
1.1.2	mini システム基幹部.....	1 台
1.1.3	miniCL ライセンス.....	5 ライセンス
1.1.4	miniHIS オーダー連携.....	1 式
1.1.5	miniDICOM/MWM 接続.....	1 式
1.1.6	サーバ UPS 1500VA.....	1 台
1.2	newNEXUS 管理者用端末.....	1 台
1.3	VT-318:画像入力装置	6 台
1.4	newNEXUS ラベルプリンタ.....	1 台

2 保守契約内容（フルサポートプラン）

- 2.1 受注者は、保守対象機器が適切な状態であるか否かを保守点検及び運転により確認を行うとともに、必要に応じて整備を行うものとする。
- 2.2 点検は 2回/年 実施するものとし、日時については発注者受注者協議したうえで決定するものとする。
- 2.3 受注者は点検等により不備が発見された場合は速やかに発注者に報告するものとする。
- 2.4 対象外の消耗品・補用品等の交換を必要とする場合は発注者の指示により行うものとする。
- 2.5 受注者は、発注者より不時の故障や事故の連絡を受けた時は、迅速に技術員を派遣し適切な対応を行うものとする。
- 2.6 保守対象機器の故障によりシステムプログラムが破壊された場合、システムプログラムを修復すること。
- 2.7 保守の受付は、平日、休日を問わず 24 時間受付とすること。
- 2.8 受注者は業務の履行に当たり、履行状況を把握し、点検の際は発注者に報告すること。また、業務報告書によりその履行について発注者の検収を得なければならない。

以上