

仕様書

- 1 件名：臨床検査共同業務委託
- 2 契約期間：2023年4月1日～2028年3月31日まで
- 3 履行場所：荒尾市立有明医療センター
- 4 変動費
 - 4.1 「仕様書（別紙）」に示す試薬・消耗品リストの5年間の購入費用を見込むこと。
 - 4.2 当院における検査業務を支援する為に「仕様書（別紙）」に定める物品の調達・供給を滞りなく遂行する事。
 - 4.3 試薬・消耗品リストの変更においては柔軟に対応する事。
 - 4.4 世界情勢を踏まえ、契約単価の変更が必要な場合は当院と協議の上に決定する事。
 - 4.5 製造中止品等が出た場合は代替品情報と共に迅速に当院へ連絡する事。
- 5 固定費
 - 5.1 下記リストの機器及びシステムの保守契約（5年間）費用を見込むこと。

メーカー	機種	1年目	2年目以降	5年間合計	契約種類	点検	作業料	部品代	消耗品	修理 作業料	
① シーメックス株式会社	免疫生化学統合分析装置 Atalica Solution 2台	1式	¥0	¥3,360,000	¥13,440,000	保守プラン	年1回	0	0	x	0
② シスメックス株式会社	多項目自動血球分析装置 XR-1000 2台	1式	¥0	¥1,178,800	¥4,715,200	ECタイプ	年1回	0	0	x	0
③ シスメックス株式会社	全自動血液凝固測定装置 CN-3000	1式	¥0	¥609,700	¥2,438,800	ECタイプ	年1回	0	0	x	0
④ パイラット株式会社	全自動輸血検査装置 IH-500	1式	¥0	¥900,000	¥3,600,000	プラス+	年2回	0	0	x	0
⑤ 東ソー株式会社	グリコゲン分析装置 HLC-7236R01	1式	¥0	¥250,000	¥1,000,000	Dコース	年2回	x	0	x	0/年1回
⑥ A&T	全自動糖分析装置 GA09Ⅱα	1式	¥0	¥267,000	¥1,068,000	スタンダードプラン	年1回	0	0	x	0
⑦ シーメックス株式会社	血液ガス分析装置 シンチサークル500e 3台 RAPD Comm 付き	1式	¥0	¥1,397,000	¥5,588,000	保守プラン	なし	0	0	x	0
⑧ 株式会社ノメディカ	採血・採尿業務支援システム	1式	¥0	¥2,208,645	¥8,834,580	契約T-C	年1回	0	0	0	0
⑨ シスメックスCAN株式会社	検体検査システム CareSphere LWS	1式	¥948,000	¥948,000	¥4,740,000	77ヶ月保守	なし	0	x	x	0
⑩ 株式会社ネスト	輸血管理システム Rho08A	1式	¥400,000	¥400,000	¥2,000,000	77ヶ月保守	なし	0	x	x	0
⑪ 栄研化学株式会社	便潜血測定装置 OCセンサー-Ceres	1式	¥0	¥230,000	¥920,000	ハイグレードプラン	年1回	0	0	0	x
⑫ 日本製薬株式会社	全自動細菌同定・感受性検査装置 ライサスS4	1式	¥0	¥400,000	¥1,600,000	コース1	年2回	0	0	x	0
⑬ 栄研化学株式会社	全自動尿分析装置 US-3500	1式	¥380,000	¥380,000	¥1,900,000	スタンダードプラン	年1回	0	0	x	0
⑭ シスメックス株式会社	全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000	1式	¥546,000	¥546,000	¥2,730,000	ECタイプ	年1回	0	0	x	0
⑮ シスメックス株式会社	全自動免疫測定装置 HISCL-5000	1式	¥730,800	¥730,800	¥3,654,000	ECタイプ	年1回	0	0	x	0

6 SPD 管理業務

- 6.1 WebSPD システム業務の管理を行い病院における検査業務を滞りなく遂行できるよう物品の管理及び調達供給を行うこと。
- 6.2 試薬管理台帳を作成できる機能を有すること。
- 6.3 在庫数の確認ができる機能を有すること。
- 6.4 入荷履歴が確認できること。
- 6.5 使用履歴が確認できること。
- 6.6 発注の確認ができる機能を有すること。
- 6.7 定数管理ができ自動で発注リストができる機能を有すること。
- 6.8 毎月購入履歴や試薬使用状況の報告をすること。
- 6.9 分析機能を用いて運用改善等案などコスト削減に努めること。
- 6.10 検査分類別機能を用いて検査項目別の収支を確認できる機能を有すること。
- 6.11 検査実施数を確認できる機能を有すること。
- 6.12 商品マスタ整備業務を行うこと。

7 ①免疫生化学統合分析装置 Atellica Solution 保守内容

- 7.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GW を除く) 9:00～17:30 に実施すること。
- 7.2 ソフトウェアのバージョンアップ(製造元指示分)に対応すること。
- 7.3 ハードウェアのアップデート(製造元指示分)に対応すること。
- 7.4 定期点検を年1回すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 7.5 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 7.6 24 時間体制で電話対応をすること。
- 7.7 リモート回線維持費等を含むこと。
- 7.8 装置の各ユニットからの警告を検知し、故障に至る前に修理を行う、未然防止プログラムを有する事。
- 7.9 リモート回線を通じ画面を共有し、迅速にサポートするプログラムを有する事。
- 7.10 わんサイトでの修理も 24 時間対応すること。

8 ②多項目自動血球分析装置 XR-1000 保守内容

- 8.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GW を除く) 9:00～17:30 に実施すること。
- 8.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 8.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 8.4 24 時間 365 日、電話サポート対応をすること。

- 8.5 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 8.6 その他の詳細は契約プラン「ECタイプ エコミープラン」に順ずること。
- 9 ③全自動血液凝固測定装置 CN-3000 保守内容
- 9.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30 に実施すること。
- 9.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 9.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 9.4 24時間365日、電話サポート対応をすること
- 9.5 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 9.6 その他の詳細は契約プラン「ECタイプ エコミープラン」に順ずること。
- 10 ④全自動輸血検査装置 IH-500 保守内容
- 10.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30 に実施すること。
- 10.2 定期点検を年2回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 10.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 10.4 24時間365日、電話サポート対応をすること。
- 10.5 リモート操作によるエラーの解除、装置の確認作業を行えること。
- 10.6 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 10.7 VPN 接続ライセンス(通信費用含む)を含むこと。
- 10.8 BRiCare を通じて、リモート操作によるエラーの解除、装置の確認作業、ソフトウェアのアップデートを行うこと。
- 10.9 その他の詳細は契約プラン「プランS+」に順ずること。
- 11 ⑤ガリコヘモグロビン分析装置 HLC-723GR01 保守内容
- 11.1 原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30 に実施すること。
- 11.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代を含む)
- 11.3 修理対応時の作業費を1回分/年、含むこと。
- 11.4 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 11.5 その他の詳細は契約プラン「Dコース」に順ずること。
- 12 ⑥全自動糖分析装置 GA09II α 保守内容
- 12.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30 に実施すること。

- 12.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
 - 12.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
 - 12.4 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
 - 12.5 24時間365日、電話サポート対応をすること。
 - 12.6 その他の詳細項目は契約プラン「スタンダードプラン」に順ずること。
- 13 ⑦血液ガス分析装置 ラピッドポイント500e 3台 / RAPID Comm 付き 保守内容
- 13.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。
 - 13.2 ソフトウェアのバージョンアップ(製造元指示分)に対応すること。
 - 13.3 ハードウェアのアップデート(製造元指示分)に対応すること。
 - 13.4 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
 - 13.5 24時間体制で電話対応をすること。
 - 13.6 onsiteでの修理も24時間対応すること。
 - 13.7 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 14 ⑧採血・採尿業務支援システム 保守内容
- 14.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。
 - 14.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
 - 14.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。
 - 14.4 ハードウェア(PC)の保守も含むこと。
 - 14.5 その他の詳細は契約プラン「T-C」に順ずること。
- 15 ⑨検体検査システム Caresphere LWS 保守内容
- 15.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。
 - 15.2 障害原因の切り分け・障害の解消・継続運用の支援などの運用指導を含むこと。
 - 15.3 修理対応時の作業費を含むこと。(ハードウェアPCは含まない)
 - 15.4 24時間365日、電話サポート対応をすること。
 - 15.5 マスターデータの内容変更によって変更可能となる、報告書以外変更等のうち動作確認の必要性を伴わない軽微な修正費用を含むこと。
- 16 ⑩輸血管理システム RhoOBA 保守内容
- 16.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。

- 16.2 障害原因の切り分け・障害の解消・継続運用の支援などの運用指導を含むこと。
- 16.3 修理対応時の作業費を含むこと。(ハードウェアPCは含まない。)
- 16.4 24時間365日、電話サポート対応をすること

17 ⑪便潜血測定装置 OCセンサー Ceres 保守内容

- 17.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。
- 17.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代を含む)
- 17.3 修理対応時の部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 17.4 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 17.5 その他の詳細は契約プラン「パーツケアプラン」に順ずること。

18 ⑫全自動細菌同定・感受性検査装置 ライサス S4 保守内容

- 18.1 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:00に実施すること。
- 18.2 定期点検を年2回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 18.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。
- 18.4 工場修理時の運搬費用も含むこと。
- 18.5 その他の詳細は契約プラン「コースI」に順ずること。

⑬全自動尿分析装置 US-3500 保守内容

- 18.6 保守業務及び修理対応は原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。
- 18.7 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 18.8 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 18.9 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 18.10 その他の詳細は契約プラン「フルサポートプラン」に順ずること。

19 ⑭全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000 保守内容

- 19.1 原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GWを除く) 9:00～17:30に実施すること。
- 19.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 19.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 19.4 24時間365日、電話サポート対応をすること
- 19.5 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 19.6 その他の詳細は契約プラン「ECタイプエコミープラン」に順ずること。

20 ⑮全自動免疫測定装置 HISCL-5000

- 20.1 原則として通常業務時間内、月～金(休日・祝日、年末年始、GW を除く) 9:00～17:30 に実施すること。
- 20.2 定期点検を年1回実施すること。(定期交換部品代・作業費・移動費を含む)
- 20.3 修理対応時の作業費・部品代を含むこと。(ただし消耗部品は含まない。)
- 20.4 24時間365日、電話サポート対応をすること
- 20.5 試薬、校正液などの消耗品は含まない。
- 20.6 その他の詳細は契約プラン「ECタイプ エコミープラン」に順ずること。 以上