

# 仕様書（別紙）

調達物品及び構成詳細は下記のとおりとする。

## 【手術室】

- |     |                               |       |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | 無影灯 SKYLOK CJ シリーズ .....      | 1 式   |
| 1.1 | 主灯+カメラアーム (CJ16-TV55PY) ..... | 4 セット |
| 1.2 | 副灯+モニターアーム (CJ12-MH) .....    | 4 台   |
| 1.3 | 梱包・送料・設置調整費 .....             | 1 式   |

## 【救急外来】

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 2   | 無影灯 .....                                | 1 式 |
| 2.1 | 無影灯 初療室 1 (検死対応室) (Polaris200+200) ..... | 1 式 |
| 2.2 | 無影灯 初療室 2 (Polaris200) .....             | 1 式 |
| 2.3 | 無影灯 初療室 3 (Polaris200) .....             | 1 式 |
| 2.4 | 機器設置工事費 .....                            | 1 式 |

## 【手術室】

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 3   | CP:麻酔用シーリングペンダント (FCS 700MLV-1865(旧:TruPort5000-1865 AN-1)) ..... | 1 式 (4 セット) |
| 3.1 | メインアーム長が 865+1000mm (電動昇降式) であること。                                |             |
| 3.2 | 操作ハンドル .....  | 1 セット       |
| 3.3 | 医療ガスアウトレット (00NAVVE x) .....                                      | 1 個         |
| 3.4 | 医療用アース付ダブルコンセント .....   | 10 個        |
| 3.5 | 医療用アース端子 .....  | 2 本         |
| 3.6 | 分岐用ロードモニター .....  | 2 台         |
| 3.7 | 弱電源ブランクプレート .....   | 1 (9 口)     |
| 3.8 | 諸調整費 .....  | 1 式         |

※上記機器用架台作成・取付作業費用は除く

※アンカーベース本体及びその埋込工事は除く

※手術映像記録・配信システム関連工事は除く

### 【集中治療室（HCU）】

- 4 シーリングペンダント (FCS 700ML-1465 (旧: TruPort5000-1465 INF))  
..... 1式 (10セット)
- 4.1 メインアーム長が 865+600mm あること。  
4.2 操作ハンドル ..... 1セット  
4.3 医療ガスアウトレット (0V) ..... 1個  
4.4 医療用アース付ダブルコンセント ..... 6個  
4.5 医療用アース端子 ..... 2本  
4.6 分岐用ロードモニター ..... 2台  
4.7 弱電源ブランクプレート ..... 1 (9口)  
4.8 ポンプロッド ..... 2本  
4.9 ボルトフック (4本掛) ..... 2個  
4.10 諸調整費 ..... 1式

※上記機器用架台作成・取付作業費用は除く

※アンカーベース本体及びその埋込工事は除く

※手術映像記録・配信システム関連工事は除く

- 5 メーカー情報 山田医療照明株式会社/ドレーベルジャパン株式会社/株式会社セントラルユニ

以上