

仕様書(別紙)

調達物品及び構成詳細は下記のとおりとする。

- 1 モニターアーム 4セット

- 2 モニターアームの仕様は以下の要件を満たすこと。
 - 2.1 用途は電源等供給及びモニター懸架すること。
 - 2.2 機器構成はコラムとモニターハンガーで構成されること。
 - 2.3 全体質量は約 **75kg** 以上であること。
 - 2.4 モニター対応荷重は約 **1.5~40kg** 内であること
 - 2.5 コラム部の一面の仕様は電源電圧 **100V** で **20A** の電流警報装置が付いていること。
 - 2.6 コラム部の一面の仕様は電源口数が **2** 個口を **2** ヶ所で計 **4** 個口であること。
 - 2.7 コラム部の一面の仕様は **SDI** 口数が **1** 個口を **1** ヶ所で計 **1** 個口であること。
 - 2.8 コラム部の一面の仕様は **LAN** 口数が **1** 個口を **1** ヶ所で計 **1** 個口であること。
 - 2.9 コラム部の一面の仕様は **DVI** 口数が **1** 個口を **1** ヶ所で計 **1** 個口であること。
 - 2.10 オプション対応にてガス用アウトレットの取付が可能であること。対応数は **2** ヶ所で二酸化炭素、吸引のみ。
 - 2.11 製品は日本国内製造であること。

※一次側電源引込工事及び基礎補強工事は含まれない。

カメラやモニター等の映像機器は含まれない。

以上