

仕様確認書④

提案機器名：

提案者名：

仕様確認書提出日：

※要求仕様の個別の回答については、「仕様を満たす」「機能を有する」等の回答だけではなく、カタログもしくはその他の資料を用いて明確に提示、回答すること。資料の明示が困難である場合は、別途、担当者と協議すること。

種類	対象	NO	要求仕様	回答
性能・機能に関する要件	局所排気装置	①-1	処理風量6.4m ³ /min 以上であること。	
		①-2	流入風速0.4 m/sec 以上（開口300mmにて）※風量調整ボリューム = 5.5 ※活性炭フィルター未装着時であること。	
		①-3	操作パネル ファンスイッチ、照明スイッチ、風量調整ボリュームがあること。	
		①-4	本体寸法1030(W)×565(D)×820(H) mm（突起部含まず）であること。	
性能・機能以外の要件	障害支援体制	②-1	製造販売元の営業所又は出張所が九州地区に在住すること。	
		②-2	サービス拠点が熊本県内に在住すること。	
		②-3	品質マネジメントシステムISO13485取得企業の製品であること。	