

仕様書（別紙）④

局所排気装置

1. 調達件名：

局所排気装置 一式

2. 調達物品及び調達数量：

品名：局所排気装置 1台

3. 調達物品に備えるべき技術的要件

本件調達物品にかかる性能、機能及び技術等の要求要件は次に示すとおりであり、本仕様書に定める各内容を満足させなければならない。

(性能、機能に関する要件)

1-1 局所排気装置

1-1-1 処理風量

6.4m³/min 以上であること。

1-1-2 流入風速

0.4 m/sec 以上 (開口 300mm にて)※風量調整ボリューム=5.5
※活性炭フィルター未装着時であること。

1-1-3 操作パネル

ファンスイッチ、照明スイッチ、風量調整ボリュームがあること。

1-1-4 本体寸法

1030(W)×565(D)×820(H) mm (突起部含まず) であること。

4. (性能・機能以外の要件)

4. 障害支援体制は、以下の要件を満たすこと。

4-1 製造販売元の営業所又は出張所が九州地区に在住すること。

4-2 サービス拠点が熊本県内に在住すること。

4-3 品質マネジメントシステム ISO13485 取得企業の製品であること。