

透析用監視装置定期消耗 部品交換仕様書

荒尾市民病院

1 業務内容 透析用監視装置定期消耗部品交換 1 式

2 実施期限 令和 6 年 3 月 31 日まで

3 対象装置 日機装株式会社製 透析患者監視装置 (DCS-100NX)

3.1	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1908904)	1 台
3.2	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1908905)	1 台
3.3	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1711667)	1 台
3.4	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1711668)	1 台
3.5	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1410864)	1 台
3.6	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1507736)	1 台
3.7	DCS-100NX (シリアルナンバー : 1508441)	1 台

※ 内訳は別紙を参照

4 点検内容

4.1	分解点検	: 加圧・脱気ポンプ、複式ポンプ、除水ポンプ、その他の使用時間による消耗部品交換
4.2	バランス測定	: 除水制度の確認
4.3	自己診断点検	: 装置自己診断による総合的な確認
4.4	濃度確認	: 濃度表示確認

5 一般的条項

- 5.1 受注者は、実施期限を順守するとともに、実施にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、担当者に速やかに連絡すること。
- 5.2 担当者の指示に従い、調整を行うこと。

6 実施場所 荒尾市民病院 (腎センター) 及び荒尾市立有明医療センター