

■仕様確認書

提案機器名：
 提案者名：
 仕様確認書提出日：

※要求仕様の個別の回答については、「仕様を満たす」「機能を有する」等の回答だけではなく、カタログもしくはその他の資料を用いて明確に提示、回答すること。資料の明示が困難である場合は、別途、担当者と協議すること。

項目番号	要件	回答
1	PPEホルダー一式は以下の要件を満たすこと。	
1 1	PPEホルダー【302台】は以下の要件を満たすこと。	
1 1 1	本品は主に个人防护具等をセットし、医療施設内に設置するものであること。	
1 1 2	磁石は上部2箇所、一段目1箇所(左)、二段目1箇所(右)、下部2箇所の合計6箇所についていること。	
1 1 3	个人防护具を入れる反対側は製品が飛び出さないような構造をしており、本品を上下逆にする事で、个人防护具を左右から入れられるようにしてあること。	
1 1 4	表面は白の塗料でPEコーティング加工している。	
1 1 5	本体の材質は鉄であること。	
1 1 6	コーティング剤の材質はPEであること。	
1 1 7	磁石の材質はフェライト磁石であること。	
1 1 8	磁石カバーの材質は鉄(錆止め加工クロメート処理済み)であること。	
1 1 9	保護シールの材質はオレフィンであること。	
1 1 10	寸法はH480×W270×D155mm程度であり、重量は860kg程度であること。	
1 1 11	本工事側で施工されている壁面の鉄板に取り付けて使用できること。詳細配置場所は別紙図面を参照の上、現場を下見して配置すること。どうしても配置が出来ない場合は、病院の了承の元、取付方法を調整すること。	
2	その他事項は以下の要件を満たすこと。	
2 1	熊本県内にアフターサービス体制が整っていること。	
2 2	納入期日より1年間は故障の対応を無償で行うこと。	
2 3	納入する機器に必要な電源設備、給排水設備、空調設備工事等一次側設備工事及びそれ以外の必要な工事等を行うこと。	
2 4	納入する機器に対して、『工事区分表』の建設工事(本工事)に該当する項目でも、各種添付資料の内容から変更が必要な場合はその費用を本調達に含むこと。	
2 5	搬入、据付、配管、配線、調整については病院と事前に打ち合わせを行い、その指示に従うこと(搬入経路について、事前に調査を行うこと)。	
2 6	装置の取扱い説明書等運用に必要な日本語の説明書、テキスト等を各3部提供すること。	
2 7	稼動にあたり、操作説明員を派遣し、関係者への教育訓練を行うこと。	
2 8	必要に応じて派遣または電話による対応等の体制を確保すること。	
2 9	2023年8月17日以降の当院の指定する日までに新荒尾市立有明医療センターに納入すること。また、それまでに納入する必要がある場合はその費用を含むこと。	
2 10	装置の設置調整費用は、今回の調達範囲に含むこと。	
2 11	本調達に関する契約の締結後、本仕様書に掲げる装置(関連するソフトウェアを含む。)のバージョンアップ等があった場合は、契約額を変更することなく、最新のバージョンのものを契約期間内容に確実に納品すること。	
2 12	本仕様書に掲げる装置について、当院の指定する時期に、当院の定める形式にて、納入物品明細(メーカー名・型番・シリアル番号・医療機器クラス分類等)をExcelデータで提出すること。	