

## 仕様書（別紙）

外科用X線撮影装置 OEC Brivo Essentiali

---

システムNo CP0070

---

### 1.保守対象

- 1.1 外科用システム本体（GEヘルスケア製機器に限る）
- 1.2 各種モニタ（GEヘルスケア製機器に限る）
- 1.3 各種記録装置（GEヘルスケア製機器に限る）
- 1.4 システムソフト（GEヘルスケア製機器に限る）
- 1.5 アプリケーションソフト等（GEヘルスケア製機器に限る）
- 1.6 ソフトウェア等（GEヘルスケア製機器に限る）

### 2.保守メンテナンス業務

- 2.1 サポート業務
- 2.2 故障修復業務（X線管を含む）
- 2.3 点検作業業務
- 2.4 操作支援業務
- 2.5 補用品サポート

※（保守メンテナンス業務についてはGEヘルスケア社による IntelligentSupportプランに準ずるものとする）