

# 仕様書（別紙）

この仕様書は、荒尾市民病院（以下「発注者」という。）におけるNewNEXUSシステムの円滑な運用を目的とし、同装置の保守について仕様を定めるものとする。

本仕様書に明記する項目は最低の要件をしており、受注者は誠意をもって確実に実施するものとする。

- 1 件名 NewNEXUSシステム保守（富士フィルムメディカル社製）
  
- 2 対象機器 NewNEXUSシステム 1式
  - 2.1 NewNEXUSサーバー部 1式
  - 2.2 NewNEXUS管理者端末 1式
  - 2.3 画像入力装置 VT-318 5式
  - 2.4 ラベルプリンタ 1式
  
- 3 数量 一式
  
- 4 履行場所 荒尾市民病院
  
- 5 履行期間 2021年4月1日～2022年3月31日
  
- 6 業務履行に関する必要要件
  - 6.1 受注者は本装置が適正な状態であるか否かを保守点検及び運転により確認を行うとともに、必要に応じて整備を行うものとする。
  - 6.2 点検は2回／年実施するものとし、日時については発注者受注者協議したうえで決定するものとする。
  - 6.3 受注者は点検等により不備が発見された場合は速やかに発注者に報告するものとする。
  - 6.4 対象外の消耗品・補用品等の交換を必要とする場合は発注者の指示により行うものとする。
  - 6.5 受注者は、発注者より不時の故障や事故の連絡を受けた時は、迅速に技術員を派遣し適切な対応を行うものとする。
  - 6.6 本装置の故障によりシステムプログラムが破壊された場合、システムプログラム

を修復すること。

6.7 保守の受付は、平日、休日を問わず24時間受付とすること。

6.8 受注者は業務の履行に当たり、履行状況を把握し、点検の際は発注者に報告すること。また、業務報告書によりその履行について発注者の検収を得なければならない。

## 7 その他

7.1 本仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議のうえ定めるものとする。

以上