

移動型 X 線透視装置保守 仕様書

荒尾市民病院

- 1 品名及び数量 移動型 X線透視装置保守委託 1 式
- 2 契約期間 令和 2 年 (西暦 2020 年) 4 月 1 日から令和 3 年 (西暦 2021 年) 3 月 31 日まで
- 3 一般的条項
 - 3.1 受注者は、納入期限を順守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、担当者に速やかに連絡すること。
- 4 納品場所 荒尾市民病院 (手術室)
- 5 機器の性能、機能に関する要件 仕様書 (別紙参照)
- 6 故障時の対応
 - 6.1 年間を通じて連絡ができる体制であること。
 - 6.2 納入後の故障等に対しては、迅速な修復が可能な体制を有することとし、当該体制に関する資料を提出し、担当者の上承を受けること
 - 6.3 早急に対応し、連絡点検・代替機器の確保ができること。
 - 6.4 調達物品中、故障によって運営に支障をきたす物品については、修理の一次対応を 3 時間以内に開始すること
- 7 その他の要件
 - 7.1 本仕様書に記載なき事項並びに不明な点は発注者と受注者とが協議して実施するものとする。